

Laboratorio Metrologico e Verificazioni Strumenti

TEL : 0984 401531
 e-mail: metrologiamelicchio@gmail.com
 info@metrologiamelicchio.com
 www.metrologiamelicchio.com

RAPPORTO DI TARATURA RULLINA METRICA							N° R.t. MM/119/2024
Committente	Ditta	Indirizzo			Città		
	COSTRUIRE SRL	VIA CAVOUR 33 87036 RENDE (CS) U.O C.DA GIDORA Z.I 87040 LUZZI (CS)					
Strumento da verificare	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola	N. Serie	Classe	
	RULLINA METRICA	METRICA	TAPE	RM01		II	
	Unità di formato	Campo di misura da/a	Unità	Limiti accettabilità	Controllo		
	1 cm	0 - 20	mm		12 mesi		
Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	N. Matricola	N. serie	Classe	
	METRO LASER	LEICA	D2	0703620403			
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato			
			COFRAC	FR191015837			
E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali							
App. di supporto	Tipologia	Costruttore		Modello	N. matricola	N. serie	
Procedura	Istr. Tecnica TARATURA DI SQUADRE E RONDELLE METRICHE rev.0						
Norme di rif.	> UNI 4546-UNI ISO 3650-UNI 9052-UNI 9313						
	> UNI ISO 3599-UNI ISO 6906-UNI EN 30012 (PARTE PRIMA) > MANUALE DELLA QUALITA' LABORATORIO						
Ambiente	Temperatura	21°	Pressione	Umidità		55%UR	

RILEVAZIONI						
valori espressi in mm						
	Valore nominale	Strumento 1° rilevazione	Strumento 2° rilevazione	Strumento 3° rilevazione	Scostamento medio	Incertezza
	1000,00	999	999	1000	0,667	2,45
	5000,00	4999	4999	5000	0,667	2,45
	10000,00	9999	9999	10000	0,667	2,45
	15000,00	15000	14999	14998	1,000	3,30
	20000,00	19998	20000	20000	0,667	3,61
Strumento/apparecchiatura/dispositivo		IDONEO			ai limiti di accettabilità adottati	

Note:

Controllo effettuato da
 Carmine Pollola
 METROLOGIA MELICCHIO
 OPERATORE TECNICO
P.I. Carmine Pollola

Data emissione Cert	Data del controllo
17/01/2024	16/01/2024

Modello	Revisione	Data Rev.	Pagina
MM/SERV/RAP.TAR/27-SQUADRA	01	12/01/2017	1